

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Лоток полимерный почкообразный, с крышкой, ручкой и носиком для слива ЛПпо-1,75-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004 предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.

Примечание. Допускается по согласованию с потребителем лоток поставлять без крышки.

Детали лотка (корпус, крышка) изготавливаются из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М.

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом по МУ 287-113 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешенными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропиэлена марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при температуре не выше 75 °C.

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (температура 120+2 °C, давление пара 1,1 кгс/см<sup>2</sup>, время выдержки 45 мин.).

*Технические характеристики:*

*Номинальная вместимость 1750 мл*

*Габаритные размеры не более (318±2)x(217±2)x(80±2) мм*

*Масса не более 420 гр.*

*Комплектность: Корпус - 1 шт.; крышка - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт.*

*Средний срок службы не менее 2-х лет.*

**Техническое обслуживание:** Техническое обслуживание лотка сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений его составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретённые по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

**Утилизация:** После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи.

*Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00130 от 17.11.2016г.*



ОМ № 23.33.09

*Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»  
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, Касимовский район,  
р.п. Елатыма, ул. Янина, 25  
Тел./факс (49131) 2-04-57  
E-mail: admin@elamed.com      www.elamed.com*